TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

"Medicīnas iekārtu un ierīču piegāde SIA "TALSU VESELĪBAS CENTRS" vajadzībām

Vispārīgās prasības:

1)	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā. Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, izsniedzot apmācību apliecinošu dokumentu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā, atbilstoši 2023. gada 15. augustā Ministru kabineta noteikumu Nr.461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" prasībām;
2)	Piedāvātas II a, II b un III klases medicīniskās ierīces un iekārtas jābūt reģistrētas Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē LATMED datu bāzē
3)	Ja attiecināms piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus.
4)	Piegāde divu mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
5)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
6)	* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
7)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
9)	Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10)	Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija;
11)	Pretendents garantē medicīniskās ierīces un iekārtas servisa un remonta pakalpojumus visā šīs medicīniskās ierīces/iekārtas paredzētajā ekspluatācijas laikā (ja tāds ir noteikts); medicīniskās ierīces/iekārtas tehnisko uzraudzību tās noteiktajā garantijas laikā; sertificētu rezerves daļu piegādi; nododot ekspluatācijā ierīču/iekārtu elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.

Nr. p.k.	Preces nosaukums	Detalizēts preces apraksts	vienība	nepieciešamais daudzums
	Šķidrā slāpekļa krioterapijas iekārta	Tilpums: 500 ml Uzgaļu komplekts (10 gab) Statīvs	Gb.	1

Piegādātāja vārdā:

_____

Pasūtītāja vārdā:

_____

Ingrīda Savicka, Valdes priekšsēdētāja